

お客様各位

2022年8月吉日

朝日レントゲン工業株式会社

## 60KV デンタルシリーズ一部修理終了について

謹啓

時下ますますご盛栄のこととお喜びいたします。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

皆様に親しまれてまいりました、歯科用X線撮影装置「60KV デンタルシリーズ」ですが、構成品目の入手困難などにより、2014年（平成26年）以前に納品させて頂いた装置に関しましては、修理対応終了とさせていただきます。

ただし、2015年以降に納品をさせて頂いた装置に関しましては、従来通りの修理対応をさせていただきます。

長年にわたるご愛顧に対して、あらためて厚く御礼申し上げます。

また、耐用期間を超えたご使用につきましては、電気部品、機構部などの劣化により油漏れや他の故障などの可能性が高くなり、機器をご使用頂く上での有効性・安全性が担保できなくなります。

なお後継機種としまして、「ALULA」を販売しております。この機会にぜひご検討お願い致します。

敬具

一記一

### 1. 修理終了対象製品

歯科用X線撮影装置

「MX-60シリーズ」、「GX-60シリーズ」、「Urania-71シリーズ」

### 2. 修理終了対象納品期間

2014年（平成26年）以前

以上