

パノラマX線装置 NPX8800 シリーズ 自主改修完了のお知らせ

平素から弊社製品をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。

平成27年11月1日より開始いたしました「パノラマX線装置 NPX8800 シリーズ」の自主改修が完了しましたので、お知らせいたします。

この度は、回収作業に伴いまして大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。今後は一層品質管理の徹底に努める所存でございますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年12月26日作成

医療機器改修の概要 (クラスⅢ)

1. 一般名称及び販売名

一般的名称 : アナログ式歯科用パノラマX線診断装置
販売名 : パノラマX線装置 NPX8800 シリーズ

2. 対象ロット、数量及び出荷時期

対象ロット番号
23906601～23912005 (型式: Cypher E)
数量 : 合計274台 (うち輸出21台は改修対象外である)
出荷時期 : 平成25年4月24日～平成26年12月12日

3. 製造販売業者等名称

製造販売業者の名称 : 朝日レントゲン工業株式会社
製造販売業者の所在地 : 京都府京都市南区久世築山町376-3
許可の種類 : 第二種医療機器製造販売業
許可番号 : 26B2X00001

4. 改修理由

販売名を誤って表示した銘板が貼付されているため、改修を行うこととしました。

正 : パノラマX線装置 NPX8800 シリーズ
誤 : パノラマX線撮影装置 NPX8800 シリーズ