

お客様各位

2022 年 8 月 吉日

朝日レントゲン工業株式会社

Alioth シリーズ 修理終了について

謹啓

時下ますますご盛栄のこととお喜びいたします。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

皆様に親しまれてまいりました、歯科用 X 線撮影装置「Alioth シリーズ」でございますが、構成品目の入手困難などにより、修理対応終了とさせていただきます。

長年にわたるご愛顧に対して、あらためて厚く御礼申し上げます。

また、耐用期間を超えたご使用につきましては、電気部品、機構部などの劣化により油漏れや他の故障などの可能性が高くなり、機器をご使用頂く上での有効性・安全性が担保できなくなります。

敬具

一記一

1. 修理終了対象製品

歯科用 X 線撮影装置

「Alioth」、「Alioth CM」

※60 周年記念モデルは除きます。

以上